



| Detalj | Kontroll / Åtgärd |
|----------------------------------|--|
| Rörliga delar | Vårdaren ska vid behov kontrollera och olja in de svängbara delarna. Använd en smörjande olja tex Veidec Dry Lube. |
| Chassi | - Vid behov, använd en torr trasa för att rengöra produkten. - Visuell inspektion. Reparera eller byt ut eventuella skadade eller utslitna delar. - Vid behov använd en trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. - Observera eventuella MAX-markeringar innan justering. |
| Hjul | - Kontrollera att alla hjulen rör sig fritt och att alla hjullås/-bromsar lätt slås till. - Vid behov, använd en trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel för att torka bort skräp och smuts från hjulen. |
| Fästen/Lås | - Alla muttrar och bultar på denna produkt måste kontrolleras regelbundet och dras åt för att undvika onödiga fel. Se till att alla fästen sitter där de ska och att de monterats på rätt sätt. - Kontrollera att inte fästen och spännen är utslitna. |
| Årligen | Kontrollera att ramen inte har några sprickor och utför punkterna på checklistan för service. Använd aldrig en produkt där något fel misstänks. |
| Rengöring | Produkten kan desinficeras med en 70 % isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering. |
| Vid tvätt och tork i diskabinett | Denna produkt kan tvättas i <ul style="list-style-type: none">• 60°C i 10 minuter• 85°C i 3 minuter med ett mildt tvättmedel i en tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter. Använd maskinens torkningsfunktion för att torka produkten. Rengör tillbehör separat. |

Färgkod: Vit= RAL 9010

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.